

Checkliste mit Zusatzinfos für Hersteller

bei Medizinprodukten





Pflichtenumfang:

	Gewährleistung, dass MDR-Anforderungen erfüllt sind	
	Risikomanagementsystem einrichten (Anhang 1 Z 3 MDR)	
	Qualitätsmanagementsystem einrichten	
	Technische Dokumentation (Anhang 2 und 3 MDR)	
	Klinische Bewertung und Nachbeobachtung	
	EU-Konformitätserklärung (Art 19 MDR)	
	CE-Kennzeichnung (Art 20 MDR)	
	System zur eindeutigen Produktidentifikation (UDI)	
	Haftpflichtversicherung	
	Registrierung von Herstellern und Produkten	
	10 Jahre Aufbewahrungspflicht der Dokumente	
	Überwachungssystem nach Inverkehrbringen (Art 83 MDR)	
	Informationen laut Anhang 1 in EU-Amtssprache	
	Auch auf Deutsch?	
	Meldepflichten	
Διιςω	reitung der Herstellerpflichten auf Händler, Importeure oder an-	
dere Personen, wenn:		
	Tersonen, wenn.	
	Bereitstellung des Produkts unter eigenem Namen	
	Änderung der Zweckbestimmung des Produkts	
	Änderung eines Produkts im Verkehr, das Auswirkungen auf die Konformität haben könnte	
Nicht:	für Personen, welche in Verkehr gebrachte Produkte ohne Änderung der	

Zweckbestimmung für Patienten anpassen oder montieren.



Zusatzinformationen je Punkt:

☐ Gewährleistung, dass MDR-Anforderungen erfüllt sind	
Gewall leistung, dass MDR-Allioldei dilgeli errutti silid	
Die Hersteller gewährleisten bei Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme ihrer Produkte, dass diese gemäß den Anforderungen dieser Verordnung ausgelegt und hergestellt wurden. Es muss also das Erfüllen sämtlicher MDR-Anforderungen gewährleistet werden. Zur Überprüfung, ob alles erfüllt ist, wurde diese Checkliste erstellt.	
☐ Risikomanagementsystem einrichten (Anhang 1 Z 3 MDR)	
Von den Herstellern wird ein Risikomanagementsystem eingerichtet. Hierzu wurde ein eigenes Dokument erstellt.	
□ Qualitätsmanagementsystem einrichten	
Die Hersteller von Produkten, bei denen es sich nicht um Prüfprodukte handelt, müs sen ein Qualitätsmanagementsystem einrichten, dokumentieren, anwenden, auf rechterhalten, ständig aktualisieren und kontinuierlich verbessern, dass die Einhal tung der MDR auf die wirksamste Weise sowie einer der Risikoklasse und der Art des Produkts angemessenen Weise gewährleistet. Hierzu wurde ein eigenes Dokumen erstellt.	
☐ Technische Dokumentation (Anhang 2 und 3 MDR)	
Die Hersteller von Produkten, bei denen es sich nicht um Sonderanfertigungen handelt, verfassen eine technische Dokumentation für diese Produkte und halten diese Dokumentation auf dem neuesten Stand. Die technische Dokumentation ist so beschaffen, dass durch sie eine Bewertung der Konformität des Produkts mit den Anforderungen dieser Verordnung ermöglicht wird. Hierzu wurde ein eigenes Dokumenterstellt.	
□ Klinische Bewertung und Nachbeobachtung	

Die Hersteller führen eine klinische Bewertung nach Maßgabe der in Artikel 61 und



in Anhang XIV der MDR festgelegten Anforderungen durch, die auch eine klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen umfasst. Grundsätzlich ist der Hersteller jedes Medizinprodukts verpflichtet, eine klinische Bewertung inklusiver klinischer Nachbeobachtung durchzuführen. Die klinische Bewertung liefert die Grundlage für den Nachweis, dass ein Medizinprodukt seine Zweckbestimmung sowie die Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllt, ein vertretbares Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweist und keine unerwünschten Nebenwirkungen hat. Es darf aber auf klinische Bewertungen gleicher Produktgruppen mit der gleichen Zweckbestimmung zurückgegriffen werden. Auch Literaturrecherchen werden grundsätzlich als klinische Bewertung zugelassen. Genauere Informationen hierzu liegen derzeit vom Gesetzgeber nicht vor. Sollten keine klinischen Daten zu Ihrer Produktgruppe vorliegen, müssen Sie diese klinisch, durch bspw. einer klinischen Studie prüfen lassen.

Hierzu sind ein umfassender Studienplan und ein Ethikvotum nötig. Nähere Informationen unter:

- https://www.wien.gv.at/gesundheit/strukturen/ethikkommission/index.html
- www.ethikkommissionen.at

☐ EU-Konformitätserklärung (Art 19 MDR)

Wurde im Rahmen des anzuwendenden Konformitätsbewertungsverfahrens nachgewiesen, dass die geltenden Anforderungen erfüllt sind, erstellen die Hersteller von Produkten, bei denen es sich nicht um Sonderanfertigungen oder Prüfprodukte handelt, eine EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 19 MDR. Hierzu wurde ein eigenes Dokument erstellt.

☐ CE-Kennzeichnung (Art 20 MDR)

Wurde im Rahmen des anzuwendenden Konformitätsbewertungsverfahrens nachgewiesen, dass die geltenden Anforderungen erfüllt sind, versehen die Hersteller ihre Produkte, bei denen es sich nicht um Sonderanfertigungen oder Prüfprodukte handelt, mit einer CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 20 MDR. Hierzu wurde ein eigenes Dokument erstellt.



	System zur eindeutigen Produktidentifikation (UDI)
	eller müssen ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem UDI-System gerrtikel 27 MDR nachkommen. Hierzu wurde ein eigenes Dokument erstellt.
	Haftpflichtversicherung
Die Hersteller treffen Vorkehrungen, die der Risikoklasse, der Art des Produkts und der Unternehmensgröße angemessen sind, um eine ausreichende finanzielle Deckung ihrer potenziellen Haftung zu gewährleisten. Bei Haftpflichtversicherungen lohnt sich in der Regel ein Vergleich über Online-Portale, um den günstigsten Anbieter zu finden.	
	Registrierung von Herstellern und Produkten
Die Hersteller kommen ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Registrierungsvorschriften nach. Hierzu wurde ein eigenes Dokument erstellt.	
	10 Jahre Aufbewahrungspflicht der Dokumente
Die Hersteller halten den zuständigen Behörden die technische Dokumentation, die EU-Konformitätserklärung sowie gegebenenfalls eine Kopie von gemäß Artikel 56 MDR ausgestellten einschlägigen Bescheinigungen einschließlich etwaiger Änderungen und Nachträge noch mindestens zehn Jahre, nachdem das letzte von der EU-Konformitätserklärung erfasste Produkt in Verkehr gebracht wurde, zur Verfügung. Auf Ersuchen einer zuständigen Behörde legt der Hersteller — wie angefordert — entweder die vollständige technische Dokumentation oder eine Zusammenfassung dieser Dokumentation vor.	
	Überwachungssystem nach Inverkehrbringen (Art 83 MDR)
Die He	ersteller von Produkten richten ein System zur Überwachung nach dem Inver-

kehrbringen gemäß Artikel 83 MDR ein und halten es auf dem neuesten Stand.



☐ Informationen laut Anhang 1 in EU-Amtssprache? Auch auf Deutsch

Die Hersteller sorgen dafür, dass dem Produkt die Gebrauchsanweisung in einer oder mehreren von dem Mitgliedstaat, in dem das Produkt dem Anwender oder Patienten zur Verfügung gestellt wird, festgelegten Amtssprache(n) der Union beiliegen. Die Angaben auf der Kennzeichnung müssen unauslöschlich, gut lesbar und für den vorgesehenen Anwender oder Patienten klar verständlich sein.

☐ Meldepflichten

Hersteller haben grundsätzlich jedes schwerwiegende Vorkommnis unverzüglich zu melden, nachdem sie einen Kausalzusammenhang oder einen durchaus möglichen Kausalzusammenhang zwischen dem Vorkommnis und ihrem Produkt festgestellt haben, spätestens jedoch 15 Tage, nachdem sie Kenntnis von dem Vorkommnis erhalten haben. Als schwerwiegendes Vorkommnis kommen unter anderem Tod oder schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten in Frage.

Melden Sie die Vorkommnisse beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) digital mit Hilfe der vorgefertigten Formulare ein.

https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/medizinprodukte#c22082